

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jaguaré
Fundo Municipal de Saúde
Dispensa Eletrônica - 000002/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Final de Propostas
16/10/2025 14:26	17/10/2025 08:00	23/10/2025 07:59

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FMS - FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR - EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL (GARANTINDO A CONFIABILIDADE DE RESULTADOS EM QUALQUER FAIXA DE MEDICAO APRESENTADA) PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL, COM FAIXA DE MEDICAO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDOSE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, COM QUIMICA ENZIMATICA DESIDROGENASE, NAO INTERFERINDO ASSIM COM O OXIGENIO E CASOS DE PACIENTES EM OXIGENIOTERAPIA. FAIXA DE HEMATOCRITO DE 20 A 70% (ACEITANDO-SE 5% ACIMA OUABAIXO DA FAIXA). TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 2 MICROLITROS. NAO APRESENTAR INTERFERENCIA COM ANALGESICOS, ANTI TERMICOS, DROGAS VASOATIVAS E ANTI-HIPERTENSIVOS. MONITOR COM CODIFICACAO AUTOMATICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CODIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS DE COMPARACAO, PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS. DEVERA PERMITIR APPLICACAO DE GOTAS DE SANGUE COMPLEMENTAR NA MESMA TIRA QUANDO A AMOSTRA FOR INSUFICIENTE PARA EVITAR DESPERDICIOS (COM NO MINIMO 20 SEGUNDOS). RESULTADOS CONFIAVEIS QUANDO COMPARADOS COM METODOS DE REFERENCIA LABORATORIAIS. EMBALAGEM EM FRASCO COM 50 FITAS EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERAO VIR ACOMPANHADAS DE BULAS/INSTRUICOES DE USO. ROTULAGEM DEVE CONTER NUMERO DO LOTE, A VALIDADE DAS TIRAS DEVERA SER MANTIDA APOS A ABERTURA DO FRASCO CONFORME DESCrito EM EMBALAGEM ORIGINAL. O EQUIPAMENTO DE LEITURA NAO DEVERA APRESENTAR INTERFERENCIAS COM APARELHOS ELETROMAGNETICOS COMUNS (CELULAR, COMPUTADOR, CONTROLE REMOTO, ETC.). CARACTERISTICAS ADICIONAIS; GARANTIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA PELO SETOR EM REGIME DE COMODATO E BATERIAS COMPATIVEIS, SEMPRE QUE HOUVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO OS APARELHOS DEVERAO SER SUBSTITUIDOS. TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FORMA PRESENCIAL POR PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL NO USO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO	0,55	90.900,00	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/10/2025 - 14:26	EDITAL - D - 02 - FITA DE GLICEMIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



23/10/2025 - 16:18:07	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2025 - 16:23:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	FMS - FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR - em amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal (garantindo a confiabilidade de resultados em qualquer faixa de medicao apresentada) para uso em monitor de glicemia compativel, com faixa de medicao entre 10 a 600 mg/dl, aceitandose valores inferiores e superiores a estes. Metodologia de leitura por fotometria ou amperometria, com quimica enzimatica desidrogenase, nao interferindo assim com o oxigenio e casos de pacientes em oxigenoterapia. Faixa de hematocrito de 20 a 70% (aceitando-se 5% acima ou abaixo da faixa). Tamanho da amostra de ate 2 microlitros. Nao apresentar interferencia com analgesicos, antitermicos, drogas vasoativas e anti-hipertensivos. Monitor com codificacao automatica sem a necessidade de chip, tira codigo ou outros tipos de procedimentos manualis de comparacao, para facilitar o uso e evitar erros. Devera permitir aplicacao de gota de sangue complementar na mesma tira quando a amostra for insuficiente para evitar desperdicios (com no minimo 20 segundos). Resultados confiaveis quando comparados com metodos de referencia laboratoriais. Embalagem em frasco com 50 fitas em material que garanta a integridade do produto e deverao vir acompanhadas de bulas/instrucoes de uso. Rotulagem deve conter numero do lote, a validade das tiras devera ser mantida apos a abertura do frasco conforme descrito em embalagem original. O equipamento de leitura nao devera apresentar interferencias com aparelhos eletromagneticos comuns (celular, computador, controle remoto, etc.). Caracteristicas adicionais; Garantia de fornecimento de equipamentos de medicao conforme quantidade solicitada pelo setor em regime de comodato e baterias compativeis. Sempre que houver problemas de funcionamento os aparelhos deverao ser substituidos. Treinamento e capacitação de forma presencial por profissional de saude responsavel no uso do equipamento. Registro	A.M. FERNANDES	VITA TTVT50	G-tech	0,52	90.900,00	47.268,00
------	--	----------------	-------------	--------	------	-----------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FMS - FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR - em amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal (garantindo a confiabilidade de resultados em qualquer faixa de medicao apresentada) para uso em monitor de glicemia compativel, com faixa de medicao entre 10 a 600 mg/dl, aceitandose valores inferiores e superiores a estes. Metodologia de leitura por fotometria ou amperometria, com quimica enzimatica desidrogenase, nao interferindo assim com o oxigenio e casos de pacientes em oxigenoterapia. Faixa de hematocrito de 20 a 70% (aceitando-se 5% acima ou abaixo da faixa). Tamanho da amostra de ate 2 microlitros. Nao apresentar interferencia com analgesicos, antitermicos, drogas vasoativas e anti-hipertensivos. Monitor com codificacao automatica sem a necessidade de chip, tira codigo ou outros tipos de procedimentos manuais de comparacao, para facilitar o uso e evitar erros. Devera permitir aplicacao de gota de sangue complementar na mesma tira quando a amostra for insuficiente para evitar desperdicios (com no minimo 20 segundos). Resultados confiaveis quando comparados com metodos de referencia laboratoriais. Embalagem em frasco com 50 fitas em material que garanta a integridade do produto e deverao vir acompanhadas de bulas/instrucoes de uso. Rotulagem deve conter numero do lote, a validade das tiras devera ser mantida apos a abertura do frasco conforme descrito em embalagem original. O equipamento de leitura nao devera apresentar interferencias com aparelhos eletromagneticos comuns (celular, computador, controle remoto, etc.). Caracteristicas adicionais; Garantia de fornecimento de equipamentos de medicao conforme quantidade solicitada pelo setor em regime de comodato e baterias compativeis. Sempre que houver problemas de funcionamento os aparelhos deverao ser substituidos. Treinamento e capacitacao de forma presencial por profissional de saude responsavel no uso do equipamento. Registro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.221.610/0001-56	20/10/2025 - 16:06:13	ROCHE	ROCHE	R\$0,55	R\$ 49.995,00
DF MEDICAL LTDA	44.656.846/0001-50	22/10/2025 - 09:33:07	UND	SINOCARE	R\$0,53	R\$ 48.177,00
A.M. FERNANDES	23.065.260/0001-40	22/10/2025 - 11:02:52	VITA TTVT50	G-tech	R\$0,55	R\$ 49.995,00
VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	07.490.775/0001-31	23/10/2025 - 07:18:38	BIOLAND	BIOLAND	R\$0,55	R\$ 49.995,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
A.M. FERNANDES	23.065.260/0001-40	60 dias
DF MEDICAL LTDA	44.656.846/0001-50	90 dias
SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.221.610/0001-56	60 dias
VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	07.490.775/0001-31	60 dias

Lances Enviados

0001 - FMS - FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR - em amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal (garantindo a confiabilidade de resultados em qualquer faixa de medicao apresentada) para uso em monitor de glicemia compativel, com faixa de medicao entre 10 a 600 mg/dl, aceitandose valores inferiores e superiores a estes. Metodologia de leitura por fotometria ou amperometria, com quimica enzimatica desidrogenase, nao interferindo assim com o oxigenio e casos de pacientes em oxigenoterapia. Faixa de hematocrito de 20 a 70% (aceitando-se 5% acima ou abaixo da faixa). Tamanho da amostra de ate 2 microlitros. Nao apresentar interferencia com analgesicos, antitermicos, drogas vasoativas e anti-hipertensivos. Monitor com codificacao automatica sem a necessidade de chip, tira codigo ou outros tipos de procedimentos manuais de comparacao, para facilitar o uso e evitar erros. Devera permitir aplicacao de gota de sangue complementar na mesma tira quando a amostra for insuficiente para evitar desperdicios (com no minimo 20 segundos). Resultados



confiaveis quando comparados com metodos de referencia laboratoriais. Embalagem em frasco com 50 fitas em material que garanta a integridade do produto e deverao vir acompanhadas de bulas/instrucoes de uso. Rotulagem deve conter numero do lote, a validade das tiras devera ser mantida apos a abertura do frasco conforme descrito em embalagem original. O equipamento de leitura nao devera apresentar interferencias com aparelhos eletromagneticos comuns (celular, computador, controle remoto, etc.). Caracteristicas adicionais; Garantia de fornecimento de equipamentos de medicao conforme quantidade solicitada pelo setor em regime de comodato e baterias compatíveis. Sempre que houver problemas de funcionamento os aparelhos deverao ser substituidos. Treinamento e capacitação de forma presencial por profissional de saude responsavel no uso do equipamento. Registro

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/10/2025 - 16:06:13	0,55 (proposta)	51.221.610/0001-56 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
22/10/2025 - 09:33:07	0,53 (proposta)	44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA	Válido
22/10/2025 - 11:02:52	0,55 (proposta)	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	Válido
23/10/2025 - 07:18:38	0,55 (proposta)	07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	Válido
23/10/2025 - 08:30:45	0,52	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	02_A-CONTRATO SOCIAL REQUERIMENTO ATUAL - (2).pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	18_ALVARA DE FUNCIONAMENTO 27-06-2028.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	28_ANVISA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	AFE A M FERNANDES 2025.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	ALVARÁ DO BOMBEIRO 11-12-2026.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	ALVARÁ LICENÇA SANITÁRIA 06.2027.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	ATESTADO DE CAP. TECNICA TIRAS GLICEMIA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CARTAO CNPJ.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CATALOGO TIRAS REAGENTE VITA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	Cert_Accumed -Regularidade de Responsável Técnico CRF_2025.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CERTIFICADO ANVISA TIRAS GLICEMIA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS ESTADUAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS FEDERAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS FGTS.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS MUNICIPAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS NEGATIVA FALENCIA E CONCORDATA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNDS TRABALHISTA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CNH -ANA MARIA FERNANDES.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CONSULTA CADASTRO JUNTA.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	CRT- FARMACEUTICO EXERCICIO 2025.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	DECLARAÇÃO FARMACEUTICO - TIAGO.PDF
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	DECLARACOES.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	Manual tiras vita.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	PROPOSTA COMERCIAL.pdf
0001	23/10/2025 - 16:23:04	23.065.260/0001-40 - A.M. FERNANDES	TTVT25_TTVT50_TTVT50IN.pdf



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
23/10/2025 - 08:00:01	Sistema	O processo foi aberto
23/10/2025 - 08:14:11	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio ao certame licitatório, bons negócios.
23/10/2025 - 14:00:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/10/2025 - 16:17:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A.M. FERNANDES - ME com lance de R\$ 0,52.
23/10/2025 - 16:18:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 - 16:18:07	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio de documentos de habilitação.
23/10/2025 - 16:18:55	Operador de Compra Direta	Suspendemos o certame e retornaremos amanhã, dia 24/10/2025 as 09:30h, para continuação.
23/10/2025 - 16:23:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/10/2025 - 09:31:56	Operador de Compra Direta	Bom dia, retornamos a licitação nesse momento.
24/10/2025 - 09:32:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A.M. FERNANDES.
24/10/2025 - 09:32:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/10/2025 - 09:34:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ITATIANE CRISTINA LANA CARVALHO DE ANDRADE.
24/10/2025 - 09:34:04	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ITATIANE CRISTINA LANA CARVALHO DE ANDRADE.

Paulo Roberto Bonjiovanni Bona
Operador de Compra Direta

ITATIANE CRISTINA LANA CARVALHO DE ANDRADE
Autoridade Competente

GERALDO LUIZ COCO
Apoio

GERUZA DE FÁTIMA TOGNERE
Apoio

Lesly Sabrina Teodoro Martins
Apoio

REGIANI MUNIZ MARIANI
Apoio



SILVANA PARIZ

Apoio

