

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 59 – MS – DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Justificativas de anulação/alteração de itens do gabarito
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB)

CONHECIMENTOS BÁSICOS (PARTE I) – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
29	C	-	Deferido com anulação
Não foi especificado se o item deveria ser julgado à luz da CF/88 ou da lei n.º 8.080/90, fato que prejudicou seu julgamento objetivo, visto que a referida lei apresenta mais diretrizes da organização do SUS do que a Constituição. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
38	C	E	Deferido com alteração
Na legislação que trata sobre o tema, regiões de saúde são denominadas intermunicipais, fato que contraria o afirmado no item. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
Cargo: 001 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL — JORNALISMO			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
84	E	C	Deferido com alteração
Os instrumentos elencados no item são, de fato, instrumentos da comunicação institucional. O fato de haver outros instrumentos que sirvam para esse fim não invalida a assertiva do item. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			
Cargo: 002 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL — RELAÇÕES PÚBLICAS			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
74	E	-	Deferido com anulação
Há, na literatura especializada, classificações divergentes a respeito do tema tratado no item. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
89	C	E	Deferido com alteração
Na verdade, o modelo mais efetivo de praticar relações públicas é o simétrico. Logo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
Cargo: 004 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: ENGENHARIA — CLÍNICA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
82	C	-	Deferido com anulação
O fato de se confundirem os conceitos de cadastramento e registro de equipamentos médico-hospitalares na ANVISA prejudicou o julgamento objetivo do item. Desse modo, opta-se pela sua anulação.			
Cargo: 005 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: ENGENHARIA — INFRAESTRUTURA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
Cargo: 006 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
62	C	-	Deferido com anulação
Em virtude da diversidade de opiniões na literatura sobre o enquadramento da atividade de integração das pessoas, opta-se pela anulação do item.			
Cargo: 007 - ANALISTA EM C&T JÚNIOR — ÁREA: GESTÃO PÚBLICA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
45	E	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, fato que prejudica seu julgamento objetivo. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
52	E	-	Deferido com anulação
A utilização do termo "estava" ao invés de "esta" conferiu ambiguidade ao item, razão suficiente para sua anulação. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
60	C	E	Deferido com alteração
O conceito correto é confiabilidade analítica e não confidencialidade, conforme afirma o item. Portanto, opta-se pela alteração de CERTO para ERRADO.			
89	E	-	Deferido com anulação
O uso do termo 'longo prazo' poderia ter causado confusão no julgamento do item, visto que foi substituído pelo			

termo NÃO CIRCULANTE na lei nº 11.638. Desse modo, o item deve ser anulado.

97	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

De fato, as pessoas jurídicas com isenção por não incidência ou por alíquota zero, que não discriminarem sua situação no documento fiscal e não fizerem o correto enquadramento legal, estarão sujeitas à retenção do imposto de renda e das contribuições, conforme Instrução Normativa n.º 480, de 2004. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

Cargo: 010 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL — SERVIÇO SOCIAL

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

79	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O modelo nuclear ou padrão tradicional de família não é o único a ser considerado pelo assistente social no trabalho com adolescentes e suas famílias. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

81	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O idoso, quando desabrigado e sem família, tem seu atendimento priorizado em órgãos públicos e privados, que prestam serviços a esse seguimento da população, conforme diretrizes da política nacional do idoso. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

Cargo: 013 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA — ESPECIALIDADE: IMUNOGENÉTICA APLICADA AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

41	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A grafia incorreta do termo "*Human Leukocyte Antigens*" prejudicou o julgamento objetivo do item, razão suficiente para sua anulação.

82	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O termo "célula alterada" torna a assertiva do item errada, uma vez que se trata de doença autoimune. A ativação de linfócitos, nesse caso, não necessariamente ocorre com o contato com células alteradas. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

99	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

O sistema citado no item não possui a capacidade intrínseca de detectar deleções e mutações de ponto. No entanto, isso pode ocorrer em algumas circunstâncias muito específicas. Por se tratar de uma rara exceção, o julgamento do item restou prejudicado, devendo, pois, ser anulado.

Cargo: 014 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: ANÁLISES CLÍNICAS

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

73	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O método de biureto não é suficientemente sensível para a finalidade descrita no item. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

81	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

Não é correto adicionar citrato de sódio durante procedimento descrito no item. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

Cargo: 015 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: ANATOMIA PATOLÓGICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

85	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

O álcool absoluto é uma substância que desidrata o tecido, não sendo usado no processo de diafinização. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.

Cargo: 017 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: HEMOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

70	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

Conforme a Resolução ANVISA RDC n.º 153, de 14/06/04, em seu item C.4, o concentrado obtido a partir do sangue total deve conter no mínimo 5,5 X 10¹⁰ plaquetas por bolsa em, pelo menos, 75% das unidades avaliadas no último dia de armazenamento. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

78	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

O item previa duas opções de padrões de positividade. No entanto, essas opções não foram identificadas corretamente, fato que prejudicou o julgamento objetivo do item, optando-se pela sua anulação.

98	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

Há informações divergentes a respeito do tema tratado no item, razão suficiente para sua anulação.

**Cargo: 018 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: RADIOFARMÁCIA**

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
45	C	E	Deferido com alteração
Algumas das partículas nucleares são bósons. Dessa forma, nem todas as partículas nucleares são férmions. Desse modo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
46	C	E	Deferido com alteração
Há átomos que apresentam estabilidade nuclear em que a razão entre o número de nêutrons e número de prótons presentes no núcleo não é igual a 1, como o Samário, por exemplo. Diante disso, o gabarito deve ser mudado de CERTO para ERRADO.			
64	C	E	Deferido com alteração
Os fótons não têm massa, portanto eles não podem ser caracterizados como leve. Diante disso, o gabarito deve ser mudado de CERTO para ERRADO.			
67	C	-	Deferido com anulação
O erro no número de massa do iodo prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta pela sua anulação.			
85	C	-	Deferido com anulação
Há fontes que divergem a respeito do percentual ideal de pureza radiocluclídica de uma amostra de FDG. Diante disso, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 019 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE OU CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS — ESPECIALIDADE: PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
60	E	-	Deferido com anulação
Na verdade, comparados aos não fumantes, os tabagistas têm cerca de vinte a trinta vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão. Portanto, o gabarito deve ser anulado.			
77	C	-	Deferido com anulação
A implantação do teste Papanicolau pelo Ministério da Saúde como exame de escolha para prevenção do Câncer de colo de útero em larga escala deve-se exatamente a sua eficácia e baixo custo. Fato discordante contido no gabarito, razão pela qual se opta pela anulação do item.			

Cargo: 020 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: DESENHO INDUSTRIAL OU COMUNICAÇÃO VISUAL — ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO VISUAL

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
61	C	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, razão suficiente para sua anulação.			
63	C	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, razão suficiente para sua anulação.			

Cargo: 022 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ENFERMAGEM — ESPECIALIDADE: CUIDADOS PALIATIVOS

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
90	C	E	Deferido com alteração
Na escala de analgesia proposta pela Organização Mundial da Saúde em 1982, o primeiro degrau corresponde à dor leve a moderada, onde se recomenda usar droga não opícea com adição de uma droga adjuvante. Desse modo, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 023 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ENFERMAGEM — ESPECIALIDADE: CTI ADULTO E PEDIÁTRICO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
44	C	-	Deferido com anulação
O assunto apresenta divergências na literatura, uma vez que algumas afirmam a necessidade de compressa úmida e outras a utilização de compressa seca. Diante disso, opta-se pela anulação do item.			
48	C	E	Deferido com alteração
Com relação ao câncer de mama, o programa citado no item se destina a mulheres de todas as faixas etárias, e não somente as de 25 a 59 anos de idade. Portanto, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 024 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ENFERMAGEM CÉLULA TRONCO E HEMATOPOÉTICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
61	C	-	Deferido com anulação
A utilização do termo "e (ou)" prejudicou o julgamento do item, razão suficiente para sua anulação.			

Cargo: 027 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ENFERMAGEM — ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA CIRÚRGICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
44	C	-	Deferido com anulação
O assunto apresenta divergências na literatura, uma vez que algumas afirmam a necessidade de compressa úmida e outras a utilização de compressa seca. Diante disso, opta-se pela anulação do item.			
48	C	E	Deferido com alteração
Com relação ao câncer de mama, o programa citado no item se destina a mulheres de todas as faixas etárias, e não somente as de 25 a 59 anos de idade. Logo, opta-se pela alteração do item de CERTO para ERRADO.			
75	E	-	Deferido com anulação
O fato de não haver sido especificado que se tratava de neutropenia severa, o julgamento objetivo do item acabou sendo prejudicado, razão pela se qual opta pela sua anulação.			
76	C	E	Deferido com alteração
A OMS estabeleceu uma meta até o ano de 2020 para redução de taxas de infecção do sítio cirúrgico em 25%, e não 2012, conforme afirma o item. Logo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
87	C	E	Deferido com alteração
O local descrito no item não condiz com o local correto da realização da ileostomia. Logo o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
96	C	-	Deferido com anulação
A utilização do termo "decorrente" ao invés de "recorrente" prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta pela anulação item.			

Cargo: 028 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: ENFERMAGEM — ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
48	C	E	Deferido com alteração
Com relação ao câncer de mama, o programa citado no item se destina a mulheres de todas as faixas etárias, e não somente as de 25 a 59 anos de idade. Portanto, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.			
55	C	E	Deferido com alteração
O PICC é hoje considerado um cateter venoso central de longa permanência, dentro da classificação dos semi-implantados. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.			
69	E	-	Deferido com anulação
De fato, recomenda-se a internação do paciente em quarto individual conforme possibilidade, fato discordante do gabarito. Por isso, opta-se pela anulação do item.			
70	C	-	Deferido com anulação
O correto seria "região anal e perineal". Sendo assim, opta-se pela anulação do item.			
72	C	E	Deferido com alteração
O uso da palavra "algumas" ao invés de "todas" possibilitou outro tipo de interpretação. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito.			
86	C	E	Deferido com alteração
Os medicamentos do tipo terapia alvo-molecular não são classificados como quimioterápicos, pois apresentam mecanismos de ação distintos e classificações distintas. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 030 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FARMÁCIA HOSPITALAR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
51	E	-	Deferido com anulação
Há, no item, ambiguidade insuperável, pois, dependendo do grupo de proteínas da família BCL-2 que estiver com o nível aumentado em uma célula e de suas interações com outras proteínas, a evasão do processo apoptótico pode ou não ocorrer. Por essa razão, opta-se pela anulação do item.			
59	C	E	Deferido com alteração
As farmácias satélites são gerenciadas pela farmácia hospitalar e são as unidades assistenciais, como por exemplo, as enfermarias que acumulam estoque e não as próprias farmácias satélites. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.			
63	C	-	Deferido com anulação
O fato de não deixar claro com qual sistema o faturamento se tornaria mais exato prejudicou o julgamento do item. Sendo assim, opta-se pela sua anulação.			
64	E	C	Deferido com alteração
No sistema de dose unitária, manter a característica farmacológica para que o medicamento seja bem conservado é muito importante e um passo definitivo para que o sistema unitário funcione. Desse modo, o gabarito deve ser			

alterado de ERRADO para CERTO.

78	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A utilização da expressão "com pressão negativa de 100%, exaustão e filtragem absoluta do ar" ao invés de "com pressão negativa, 100% exaustão e filtragem absoluta do ar" prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta pela sua anulação.

82	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A farmacoepidemiologia se encarrega de analisar a eficácia pós-comercialização, e não no momento que ela ainda está sendo pesquisada. Logo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

86	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A ação da bradicinina não depende, embora seja resultado, em parte, da produção de prostaglandinas. Logo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

87	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O item não restringiu a utilização de outras substâncias que auxiliam na ionização do princípio ativo em Ph fisiológico, o que torna a afirmação correta, uma vez que pode ser preparada em condições especiais. Logo, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

97	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A farmacodinâmica é um dos aspectos a serem observados em ensaios clínicos. Logo, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

Cargo: 031 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FÍSICA OU FÍSICA MÉDICA — ESPECIALIDADE: AUDITOR DE QUALIDADE EM RADIOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
61	C	-	Deferido com anulação

O fato de o item fazer cobrança genérica, desconsiderando o tema delimitado no comando "agrupador" do mesmo, prejudicou seu julgamento objetivo.

75	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

De fato, o item está correto, conforme errata feita no IAEA/TRS 227. Logo, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

76	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

De fato, o protocolo IAEA/TRS 398 se aplica à utilização de câmaras de ionização de placas paralelas. Logo, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

81	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A utilização do termo "ou" ao invés de "que" prejudicou o julgamento objetivo do item, razão pela qual se opta por sua anulação.

Cargo: 032 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FÍSICA OU FÍSICA MÉDICA — ESPECIALIDADE: MEDICINA NUCLEAR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
60	C	-	Deferido com anulação

A utilização do termo "exposição" confere ao item ambiguidade insuperável, razão suficiente para sua anulação.

82	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A afirmação está incorreta. O objetivo das três estimativas é verificar se a concentração e a atividade ou atividade específica do rejeito estão em conformidade com os limites de eliminação, e não estimar o tempo de decaimento.

100	C	-	Deferido com anulação
-----	---	---	-----------------------

O erro terminológico contido na norma que serve de base para o julgamento do item prejudicou seu julgamento, razão pela qual se opta pela sua anulação.

Cargo: 033 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FÍSICA OU FÍSICA MÉDICA — ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
78	C	E	Deferido com alteração

O teste de reprodutibilidade da tensão do tubo não avalia a exatidão da tensão do tubo de raios X, devendo o item, portanto, ser alterado de CERTO para ERRADO.

79	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O ruído, a exatidão e a uniformidade do número de CT devem ser avaliados com os parâmetros destes dois exames típicos, e não somente para o de abdômen. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

82	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

É a limitação de doses individuais que irá prevenir os riscos de efeitos estocásticos e determinísticos, portando, o gabarito deve ser alterado de Certo para Errado.

86	E	C	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

De fato, o *bucky* mural é uma estrutura destinada à obtenção de imagens compostas por uma gaveta para o chassi, uma grade difusora e uma placa-alvo. Diante disso, opta-se pela alteração de ERRADO para CERTO.

90

C

-

Deferido com anulação

De fato, houve falta de dados que possibilitassem a resolução do item. Diante do exposto, opta-se pela sua anulação.

Cargo: 034 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FÍSICA OU FÍSICA MÉDICA — ESPECIALIDADE: RADIOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
50	C	-	Deferido com anulação
Houve um erro de digitação que pôde ter causado confusão no item. O correto seria J/Kg (unidade de kerma). Diante do exposto, opta-se pela sua anulação.			
52	C	-	Deferido com anulação
O item apresenta redação confusa, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
90	C	E	Deferido com alteração
Houve um erro de digitação: onde se lê 90%, na verdade, deveria ser 80%. Logo, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.			
100	C	-	Deferido com anulação
Há um erro de digitação no item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			

Cargo: 035 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FISIOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
43	E	C	Deferido com alteração
De fato, segundo o Ministério da Saúde (Estimativas 2010: incidência de câncer no Brasil/Instituto Nacional de Câncer), o câncer de pulmão é o tipo mais comum de câncer no mundo. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			
52	C	E	Deferido com alteração
O mecanismo de ação descrito no item refere-se ao tratamento para dor aguda (TENS convencional), e não para dor crônica. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
55	C	-	Deferido com anulação
A redação do item apresenta ambiguidade insuperável, razão pela qual se opta pela sua anulação.			
74 - A506319	E	-	Deferido com anulação
Devido ao fato de não ter sido especificado a direção do deslocamento da pelve e do tronco, não foi possível o julgamento do item.			
76	C	E	Deferido com alteração
Na terapia proposta por Földi, o tratamento de lesões de pele é apenas um dos itens englobados pelo segundo pilar: Cuidados com a pele. Desta forma, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
77	C	-	Deferido com anulação
Não foi especificado qual tipo de mastectomia acontece com remoção do músculo peitoral maior, logo, não foi possível o julgamento do item. Desse modo, opta-se pela sua anulação.			
84	C	-	Deferido com anulação
O Edital não faz referência às Complicações inerentes ao tratamento das neoplasias das células sanguíneas, como o Transplante de Medula Óssea. Desse modo, opta-se pela sua anulação.			
85	E	-	Deferido com anulação
O Edital não faz referência às Complicações inerentes ao tratamento das neoplasias das células sanguíneas, como o Transplante de Medula Óssea. Desse modo, opta-se pela sua anulação.			
86	C	-	Deferido com anulação
O Edital não faz referência às Complicações inerentes ao tratamento das neoplasias das células sanguíneas, como o Transplante de Medula Óssea. Desse modo, opta-se pela sua anulação.			
91	C	E	Deferido com alteração
Apesar de Sarmento indicar ventilação não invasiva com níveis pressóricos de 10 a 15 cmH ₂ O para diminuição da pré-carga e melhora da sobrecarga cardíaca, o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica relata como contra-indicação absoluta para o uso da ventilação não invasiva a instabilidade hemodinâmica. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 036 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: FONOAUDIOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
41	C	E	Deferido com alteração
A emissão de um som ou de fala encadeada em uma só expiração. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
68	C	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, fato que prejudica seu julgamento objetivo. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			

Houve um erro de digitação. No item, a palavra "total" foi omitida, alterando, pois, o item de CERTO para ERRADO, já que outros tipos de sequelas são encontradas, dependendo do tipo de cirurgia

Cargo: 037 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: PROGRAMAS EDUCACIONAIS EM SAÚDE

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
59	C	E	Deferido com alteração
O correto seria: "Em todas as regiões geográficas do Brasil há Centros de Alta Complexidade em Oncologia no sistema público, chamados de CACON, destinados ao atendimento gratuito em quimioterapia E radioterapia para os portadores de câncer". Nesse caso, dos CACONs não se admite o "ou", razão pela qual opta-se pela sua alteração de CERTO para ERRADO.			
68	C	E	Deferido com alteração
De fato, para fins do Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa em Saúde (FIDEPS), são definidos como HE aqueles reconhecidos pelo Ministério da Educação (ME) e pelo Sistema Integrado de Procedimentos de Alta Complexidade do Ministério da Saúde (MS), com funcionamento regular há pelo menos cinco anos. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 039 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA-BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: BIOFÍSICA E BIOLOGIA CELULAR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
54 - B100384	C	E	Deferido com alteração
O crioprotetor DMSO foi criado como solvente, e não com a finalidade de ser crioprotetor de células-tronco. Diante do exposto, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 040 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA-BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: BIOLOGIA ESTRUTURAL

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
67	C	E	Deferido com alteração
A Microscopia eletrônica de transmissão ocorre pela incidência de um feixe de elétrons, e não de luz como se encontra no item. Desse modo, opta-se pela alteração de CERTO para ERRADO.			
98	E	-	Deferido com anulação
Apesar de floculação ser técnica de imunomarcagem não está caracterizado como imunomarcagem de tecidos. Por essa razão, o item deve ser anulado.			
99	E	-	Deferido com anulação
Apesar de floculação ser técnica de imunomarcagem não está caracterizado como imunomarcagem de tecidos. Por essa razão, o item deve ser anulado.			
100	C	-	Deferido com anulação
Apesar de floculação ser técnica de imunomarcagem não está caracterizado como imunomarcagem de tecidos. Por essa razão, o item deve ser anulado.			

Cargo: 041 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA-BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: BIOLOGIA MOLECULAR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
41	E	C	Deferido com alteração
O item não restringe que a diferença entre a molécula de RNA mensageiro APENAS se difere da molécula de DNA pelo fato de ser formada por uma fita. Essa, de fato, é uma das características que as diferenciam. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			
55	E	-	Deferido com anulação
De fato, os fragmentos de Okazaki são pequenos fragmentos de DNA observados durante a replicação do DNA nos eucariotos. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			

Cargo: 042 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA-BIOQUÍMICA — ESPECIALIDADE: CITOMETRIA DE FLUXO EM ONCOHEMATOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
62	E	C	Deferido com alteração
De fato, o item está correto. Um procedimento padrão de detecção de patologias na citometria de fluxo poderia ser: as células que serão analisadas se acoplam a um fluorocromo, diretamente ou através de uma proteína, geralmente esta é um anticorpo monoclonal que reconhece um epítipo específico da célula. Posteriormente, as			

células suspendidas em uma solução fisiológica são injetadas em um sistema de fluídos para serem expostas individualmente a um jato de luz focalizada (laser) o qual, ao chocar com cada célula se desvia, esta mudança de direção é registrada por detectores especiais. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

70	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

De fato, DMSO é um agente crioprotetor, quando utilizado em concentrações adequadas. Devido à sua grande lipossolubilidade pode ser tóxico quando utilizado em altas concentrações. Ele permite que as moléculas de água saiam da célula durante o congelamento e, assim, evitam os danos mecânicos que ocorreriam caso os cristais de água fossem formados no ambiente intracelular. Diante do exposto, opta-se pela anulação do item.

75	E	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

Por encontrar divergências nas literaturas que versam sobre o assunto, o item deve ser anulado.

87	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O laser de criptônio, de fato, tem capacidade de emissão além dos limites citados na prova, razão pela qual opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.

Cargo: 043 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: BIOMEDICINA OU CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO — ESPECIALIDADE: BIOINFORMÁTICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
70	C	E	Deferido com alteração

A Matriz BLOSUM62 é a matriz que considera no mínimo 62% de identidade entre blocos de sequências, e não no máximo, como versa o item. Desse modo, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO.

71	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

Os programas tBLASTn e BLASTp utilizam, como entrada, sequências de aminoácidos. Contudo, a diferença entre eles está no banco de dados usado na busca. Sendo BLASTp, o banco de dados corresponde ao banco de sequências de proteínas. Enquanto tBLASTn utiliza o banco de proteínas resultante da tradução de sequências nucleotídicas nas janelas de leitura. Portanto, opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO.

Cargo: 045 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ANÁLISE E FORMULAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE DE CÂNCER

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
79	E	C	Deferido com alteração

O Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimento não são os únicos instrumentos essenciais do planejamento, porém, fazem parte deles. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de ERRADO para CERTO.

Cargo: 046 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ANATOMIA PATOLÓGICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
45	E	-	Deferido com anulação

A redação do item não deixa claro o aspecto avaliado, qual seja, os cortes seriados realizados com a finalidade de obter diagnóstico definitivo. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.

Cargo: 047 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
60	E	C	Deferido com alteração

De fato, as complicações de transfusões maciças de sangue estocado podem causar alcalose metabólica. Portanto, o gabarito deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

76	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O caso hipotético trata de cirurgia de urgência em paciente assintomático do ponto de vista cardiovascular, assim a avaliação da pelo ecocardiograma é dispensada. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

91	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

O uso de albumina em gestantes não é permitido pelas normas da ANVISA. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.

Cargo: 048 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
52	E	-	Deferido com anulação

O termo 'podé' causou ambiguidade insuperável ao item, razão pela qual se opta por sua anulação.

62	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A redação do item não deixou claro qual a região do tumor necessitaria dos cuidados apresentados, tornando impossível seu julgamento. Por essa razão, opta-se pela anulação do item.

64	E	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A redação do item está confusa, fato que prejudica seu julgamento objetivo. Desse modo, opta-se pela anulação do item.

Cargo: 049 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CANCEROLOGIA CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
76	C	-	Deferido com anulação
A literatura não é clara a esse respeito, razão pela qual se opta pela anulação do item.			
80	C	-	Deferido com anulação
O item não deixa claro quais são os estágios que se beneficiam da quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes, não sendo possível o julgamento. Dessa forma, opta-se pela sua anulação.			
94	C	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, fato que prejudica seu julgamento objetivo. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 050 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
58	C	-	Deferido com anulação
Por inexistirem estudos metodologicamente voltados para a detecção da proteína WT-1 em células leucêmicas, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 051 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
87	E	-	Deferido com anulação
Por não estar contido no edital tema referente à metodologia científica, opta-se pela anulação do item.			
89	C	-	Deferido com anulação
Por não estar contido no edital tema referente à metodologia científica, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 052 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CIRURGIA DE TECIDO ÓSSEO E CONECTIVO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
50	E	-	Deferido com anulação
Por haver literatura médica especializada discordante, opta-se por anular o item.			
84	C	-	Deferido com anulação
Por um equívoco na redação do item, uma vez que a metástase óssea é menos frequente que a do fígado, opta-se pela sua anulação.			

Cargo: 053 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CIRURGIA TORÁCICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
------	---------------------	---------------------	----------

Cargo: 054 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CIRURGIA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
94	C	-	Deferido com anulação
Houve um erro de digitação no item, onde se lê: 106, deveria ser 10 elevado à sexta potência. Por essa razão, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 055 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CIRURGIA PLÁSTICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
65	C	E	Deferido com alteração
Na verdade, o <i>Plug Flap</i> visa a reconstrução dos quadrantes superiores e centrais da mama, e não inferiores e centrais como se lê no item. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito de CERTO para ERRADO.			
69	C	-	Deferido com anulação
Embora o tibial anterior seja um retalho que possa levar a cobertura dos defeitos da perna e tornozelo, não é considerado ideal em casos que exigem tecido bem vascularizado, os quais apresentam poder de revascularização do leito receptor pelos neovasos. Portanto, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 056 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: CLÍNICA DE DOR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
80	C	E	Deferido com alteração

Os processos patológicos da cabeça e do pescoço podem provocar cefaléias secundárias, por isso a importância de descartar processo orgânico, quando se suspeita de cefaléia primária, como enxaqueca. Portanto, o gabarito deve ser modificado de CERTO para Errado

Cargo: 058 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
41	C	E	Deferido com alteração

Houve um erro de digitação. Onde se lê "anticorpo IgA", na verdade é IgE. Portanto, opta-se pela alteração no gabarito de CERTO para ERRADO.

Cargo: 059 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOLOGIA)

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
76	C	E	Deferido com alteração

Cistos e hemangiomas correspondem à vasta maioria das lesões hepáticas focais com T2 muito longo. Todavia, algumas metástases hipervasculares também podem ter T2 muito longo, embora correspondam a uma fração muito pequena dos nódulos hepáticos com esta característica. Desse modo, opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO.

78	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A cicatriz central está presente em cerca de 85% dos casos, mas a porcentagem identificável aos estudos de imagem é menor: em torno de 20 - 30% à TC e 60 - 80% à RM. Portanto, opta-se pela anulação do item.

Cargo: 061 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ENDOCRINOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
66	C	E	Deferido com alteração

Houve um erro de digitação. Onde se lê "1 mg", na verdade, deveria ser 1 micrograma. Por essa razão, opta-se pela alteração de gabarito.

68	C	-	Deferido com anulação
----	---	---	-----------------------

A ausência de referência à dosagem de cortisol noturno causou instabilidade no julgamento do item, razão pela qual, opta-se por sua anulação.

88	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A meta da hemoglobina glicada ao redor de 7% para caracterização do bom controle glicêmico em pacientes com DM tipo1 e tipo 2 fica mantida nas novas recomendações da American Diabetes Association. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.

Cargo: 062 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
68	E	C	Deferido com alteração

De fato, a dose deve ser reduzida nas condições apresentadas no item. Portanto, o gabarito deve ser alterado de ERRADO para CERTO.

Cargo: 064 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
62	E	-	Deferido com anulação

O mecanismo relatado pode, realmente, levar à morte celular. Entretanto, como há outro mecanismo, a inibição da DNA polimerase, o candidato pôde ter sido induzido ao erro, razão pela qual se opta pela anulação do item.

67	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

De fato, o item deveria referir-se apenas às leucemias linfóides agudas de linhagem T. Portanto, opta-se pela sua alteração, de CERTO para ERRADO.

72	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A melhoria nos esquemas de intensificação de pós indução na LLA em crianças permitiu aumento de sobrevida nas últimas décadas, permitindo que a radioterapia em sistema nervoso central fosse retirada de alguns protocolos de tratamento, diminuindo assim morbidade.

76	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

A leucemia linfoblástica T com menor frequência expressa CD10 (CALLA) e HLA-DR em relação a leucemia de fenótipo B. Segundo livro da WHO de neoplasias Hematológicas de 2008, a leucemia T pode expressar CD10.

78	C	E	Deferido com alteração
----	---	---	------------------------

Aproximadamente 2/3 de pacientes com leucemia congênita se apresentam com leucemia cutis, dando ao bebê uma aparência de "blueberry muffin", que também pode ser vista no neuroblastoma metastático e histiocitose.

Cargo: 066 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: HISTOCOMPATIBILIDADE

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
73	C	-	Deferido com anulação
Houve um erro de forma na linha alelo DQ do DR3/DR4 o que levou a interpretação errônea. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
76	C	-	Deferido com anulação
Na redação do item, a palavra observada aparece digitada duas vezes, fato que pode ter induzido o candidato ao erro.. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 067 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
82	E	-	Deferido com anulação
O item confere dubiedade insuperável, visto que não foi especificado que as inserções eram para hemodiálise aguda, razão pela qual se opta pela sua anulação.			

Cargo: 068 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: MASTOLOGIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
68	C	E	Deferido com alteração
Para a realização do Oncotype Dx é necessária presença de receptor hormonal positivo e axila negativa. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO.			
84	E	C	Deferido com alteração
A descrição da técnica de mastectomia radical modificada segundo Madden engloba a preservação dos músculos peitorais e o esvaziamento axilar completo. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito, de ERRADO para CERTO.			

Cargo: 069 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA INTENSIVA ADULTO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
75	C	E	Deferido com alteração
Na condição descrita no item, pode haver choque circulatório por embolia pulmonar ou derrame pericárdico/tamponamento cardíaco. Assim, o tromboembolismo pulmonar, o derrame pericárdico e a sepse não levam a choque cardiogênico, e sim choque circulatório. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
97	E	-	Deferido com anulação
O paciente apresenta alguns critérios claros de inclusão para trombólise intravenosa. Entretanto, como acordou com déficits neurológicos e assim está com sintomas há pelo menos 2 horas e gastou mais 1 hora para a tomografia computadorizada, totalizando 3 horas, estaria na janela de tempo para trombólise . Porém, não há uma informação precisa do início dos sintomas e, dessa forma, o tempo deve ser calculado a partir do último horário em que o paciente foi visto em situação normal, que segundo o texto motivador foi "na noite anterior". O fato de não ter ficado claro no texto e no item qual era aproximadamente esse horário pôde ter causado dubiedade e ter dificultado a análise do candidato. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			
98	C	-	Deferido com anulação
Há discrepâncias entre os valores-alvo para PaCO2 na literatura consultada, o que pode causar dificuldades analíticas para os candidatos e gerar dubiedade interpretativa. Por isso, opta-se pela anulação do item.			
100	C	E	Deferido com alteração
O item é incorreto, uma vez que a pressão de perfusão cerebral deve ser mantida maior que 60 mmHg (e não 70 mmhg) no tratamento da hipertensão intracraniana.			

Cargo: 073 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: ONCOHEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
71	E	C	Deferido com alteração
Embora o tratamento indutório da LLA em crianças deva ser adaptado ao risco, existem evidências para a inclusão dos inibidores de Tirosina Kinase já na fase de indução da remissão dos portadores de t(9,22). Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de ERRADO para CERTO.			

Cargo: 074 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: PATOLOGIA CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
Cargo: 075 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: PNEUMOLOGIA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação

87

C

E

[Deferido com alteração](#)

Existem outros germes que podem estar envolvidos na gênese dessas infecções, como microbactéria, tuberculose, estreptococo pneumonia, soro tipo 3 entre outros. Logo, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO.

Cargo: 076 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
58	C	E	Deferido com alteração
A resposta estaria correta para hepatocarcinoma, mas não para todos os tipos de nódulos hepáticos. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO.			
70	C	E	Deferido com alteração
Através da injeção de contraste na artéria hepática comum, não se obtém retorno venoso adequado para a avaliação do sistema porta. Dessa forma, opta-se por alterar o gabarito de CERTO para ERRADO.			
72	C	E	Deferido com alteração
A artéria cística tem sua origem na artéria hepática direita, e não na hepática própria, como citado no item. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
78	C	E	Deferido com alteração
Não há consenso na literatura médica internacional com o uso de <i>stent</i> primário em estenose arterial pós-transplante hepático. Desse modo, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 077 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: RADIOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
43	C	E	Deferido com alteração
Para o cálculo da dose equivalente, são utilizados apenas a dose absorvida e o radiation weighting factor, não se utilizando, para seu cálculo, variáveis do tecido irradiado, como descrito no item. Portanto, opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO.			
78	C	E	Deferido com alteração
A adriamicina é utilizada para o tratamento de pacientes pediátricos portadores de neuroblastoma, linfopitelioma de rinofaringe e linfomas, mas somente a Cisplatina tem os efeitos de ototoxicidade confirmados. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de CERTO para ERRADO.			
94	C	E	Deferido com alteração
Os bifosfonatos podem induzir osteonecrose de mandíbula em pacientes não irradiados. Logo, a alternativa está errada, devendo o gabarito ser alterado de CERTO para ERRADO.			
100	E	C	Deferido com alteração
De acordo com a análise de Thompson (2009), ocorre aumento da sobrevida livre de metástases e de sobrevida global. A assertiva está Correta. Portanto, o gabarito foi modificado de ERRADO para CORRETO.			

Cargo: 078 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
Cargo: 079 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA — ESPECIALIDADE: UROLOGIA CIRÚRGICA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
68	C	-	Deferido com anulação
O tema tratado no item extrapola os objetivos de avaliação previstos para o cargo.			
78	C	-	Deferido com anulação
O tema tratado no item extrapola os objetivos de avaliação previstos para o cargo.			

Cargo: 080 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA — ESPECIALIDADE: CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
51	C	E	Deferido com alteração
É indicado, na publicação, o incremento na reprodução de ratos com rações de 40% de proteína, e não 25% a 30%, como citado no item. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
74	C	-	Deferido com anulação
Houve um erro de digitação, onde se lê: Myobis musculus, na verdade é Myobia musculus, razão suficiente para sua anulação.			
86	C	-	Deferido com anulação
A estrutura deve possuir três elementos básicos: sala de animais, corredor de distribuição e corredor de recolhimento, e não 'área limpa', como exposto no item. Dessa forma, opta-se pela anulação do item.			

Cargo: 081 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: NUTRIÇÃO CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
41	C	-	Deferido com anulação
A queda de secreção de nitrogênio é um processo adaptativo, visando preservação da proteína corporal. Contudo, o item não ficou claro quando que esse processo realmente ocorre. Portanto, o item deve ser anulado.			
81	E	C	Deferido com alteração
A nutrição enteral exclusiva seria benéfica, caso a paciente piorasse e apresentasse grau 3 de encefalopatia hepática. Portanto a afirmativa está correta, devendo o gabarito ser alterado de ERRADO para CERTO.			
95	C	-	Deferido com anulação
Apesar da prescrição proteica de 1,2 g/kg/dia a 1,4 g/kg/dia ser adequada para pacientes em diálise peritoneal, valores de 1,5 g/kg/dia também estão corretos e são referidos na literatura. Portanto, a questão deve ser anulada.			

**Cargo: 082 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: NUTRIÇÃO — ESPECIALIDADE: SAÚDE PÚBLICA
ÊNFASE EM VIGILÂNCIA NUTRICIONAL**

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
53	C	-	Deferido com anulação
Houve um erro digitação. O enunciado se refere ao passo 3 e não 6. Opta-se, portanto, pela sua anulação.			

Cargo: 085 - TECNOLOGISTA JÚNIOR — ÁREA: PSICOLOGIA CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
59	C	E	Deferido com alteração
O item 59 está errado. O paciente não deve delegar ao médico e ao tratamento toda a responsabilidade por sua plena recuperação. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
61	C	E	Deferido com alteração
A atividade de ligação não se foca somente no paciente, mas no sistema que cuida deste, tendo a função pedagógica como primária. Portanto, o gabarito deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 086 - ASSISTENTE EM C&T 1 — ÁREA: APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
48	C	E	Deferido com alteração
O plano de metas genéricas e com a amplitude descrita é um exemplo de planejamento estratégico. O planejamento operacional não possui a amplitude descrita no caso em tela. Deste modo, opta-se pela alteração de gabarito de CERTO para ERRADO.			
70	C	-	Deferido com anulação
Dentre o mandato eletivo municipal está o vereador que, conforme disposição do art. 38, III, da CF, pode cumular o mandato com cargo, emprego ou função caso haja compatibilidade de horários. Nessa hipótese, ele "perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo". Portanto, opta-se pela anulação do item.			
86	E	C	Deferido com alteração
A modalidade concorrência é cabível para a compra e alienação de bens imóveis e nas licitações internacionais, qualquer que seja o valor de seu objeto. O item está correto, devendo o gabarito ser alterado de ERRADO para CERTO.			
88	E	C	Deferido com alteração
O item está correto, pois, nos termos do art. 41, § 1o, da Lei nº 8.666/93: "Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. Portanto, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO."			
89	E	-	Deferido com anulação
O item apresenta a regra geral para a duração dos contratos administrativos, mas não deixa claro para o candidato se as exceções também estão sendo cobradas. Diante do exposto, opta-se pela sua anulação.			
90	E	C	Deferido com alteração
O art. 44, § 3o, da Lei nº 8.666/93 diz: "No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. § 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração". O item está CERTO, devendo o gabarito ser alterado de ERRADO para CERTO.			

Cargo: 090 - TÉCNICO 1 — ÁREA: ENFERMAGEM NA ÁREA DE ONCOLOGIA CLÍNICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
50	C	-	Deferido com anulação
O item permite dupla interpretação, motivo suficiente para sua anulação.			
53	C	E	Deferido com alteração
A redação do item permite que o candidato interprete atendente como uma categoria profissional - atendente de enfermagem, e não como auxiliar de enfermagem. Um atendente não precisa ter conhecimento científico para exercer sua função. Logo, opta-se pela sua alteração.			
67	C	E	Deferido com alteração
A clínica da síndrome de lise tumoral envolve manifestações neurológicas, cardíacas e renais, diferentemente do afirmado no item. Portanto, opta-se pela alteração de gabarito, de CERTO para ERRADO.			
68	C	E	Deferido com alteração
Diferentemente do afirmado no item, fratura patológica não é uma ocorrência comum nos sarcomas de partes moles e a imobilização é o cuidado inicial adequado. Diante disso, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
71	E	-	Deferido com anulação
O item 71 como impresso no caderno de provas apresenta erro de pontuação, motivo pelo qual se opta pela sua anulação.			
82	E	C	Deferido com alteração
A recomendação mais aceita estabelece que o início de reações transfusionais hemolíticas se dá nos primeiros 15 minutos. O trecho do enunciado compreende esse período. Logo o gabarito deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			
84	E	C	Deferido com alteração
As providências descritas no item estão corretas. Não foram negadas as etapas que antecedem o processo de transfusão, apenas descreveu-se uma das etapas desse processo. Logo, o item deve ser alterado de ERRADO para CERTO.			
91	E	C	Deferido com alteração
De fato, a infusão lenta é a administração intravenosa realizada entre 30 e 60 minutos, de forma ininterrupta. Portanto, opta-se pela alteração do gabarito, de ERRADO para CERTO.			
92	C	-	Deferido com anulação
O item 92 está em desacordo com a bula do medicamento, ainda que consoante recomendações internacionais (United States Pharmacopeia). Portanto, deve ser anulado.			
96 - A604294	C	-	Deferido com anulação
A redação do item permite mais de uma interpretação, uma vez que não foi especificada a natureza do medicamento extravasado. Portanto, opta-se pela sua anulação.			

Cargo: 092 - TÉCNICO 1 — ÁREA: ENFERMAGEM NA ÁREA DE PEDIATRIA ONCOLÓGICA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
74 - A101851	C	E	Deferido com alteração
O gabarito está incorreto. Esse medicamento pode ser administrado por infusão intravenosa, em infusão de 15 a 60 minutos, ou em infusão contínua subcutânea de 24 horas. Logo, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 093 - TÉCNICO 1 — ÁREA: FARMÁCIA HOSPITALAR

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
56 - A303726	C	E	Deferido com alteração
A troca de "PARA QUEM" por "A QUEM" modifica o gabarito. Portanto, o item deve ser alterado de CERTO para ERRADO.			
70 - A303740	E	C	Deferido com alteração
Não são todos os medicamentos sólidos que podem ser fracionados, discordando, assim, do gabarito preliminar. Portanto, opta-se pela alteração do item, de CERTO para ERRADO.			

Cargo: 097 - TÉCNICO 1 — ÁREA: HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
51 - A304104	C	-	Deferido com anulação
O fenótipo Bombay ou Oh- é caracterizado sorologicamente pela perda total da atividade das transferases A, B e H nos eritrócitos e nas secreções corpóreas e pelas grandes quantidades de anti-H naturais no plasma. Diante do exposto, opta-se pela anulação do item.			
58 - A304110	C	-	Deferido com anulação
A redação do item está confusa, fato que prejudica seu julgamento objetivo. Desse modo, opta-se pela anulação do item.			

Conforme o peso citado no item, o cálculo está errado, tornando o item errado. Portanto, opta-se pela sua alteração de CERTO para ERRADO.

Cargo: 099 - TÉCNICO 1 — ÁREA: RADIOLOGIA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
71 - A604530	E	-	Deferido com anulação

O efeito determinístico ocorre com a exposição a altas doses de radiação, fato que contraria o exposto no item. Portanto, opta-se pela sua anulação.

Cargo: 100 - TÉCNICO 1 — ÁREA: RADIOTERAPIA			
Item	Gabarito Preliminar	Gabarito Definitivo	Situação
43 - A603971	E	C	Deferido com alteração
62 - A603991	C	-	Deferido com anulação

Há um equívoco no gabarito. De fato, o filme radiográfico é mais sensível à luz visível do que aos raios X.

Há um erro de digitação na questão, realmente a energia média do ^{60}Co é 1,25MeV. Este erro pode causar confusão entre os candidatos, uma vez que 1,22MeV é aproximadamente igual a energia média do ^{60}Co , por isso sugiro a anulação do item.