



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça do Centenário, 103 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: licitacao@paraisopolis.mg.gov.br

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2023

PROCESSO Nº. 123/2023

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

O Pregoeiro do Município de Paraisópolis, designado pela Portaria nº 1079, de 23 de março de 2023, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a impugnação interposta pela empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, com as seguintes razões de fato e de direito:

Alega a impugnante, em síntese, que:

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem solicitar **revisão do edital** das especificações técnicas do **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 01 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO S/ APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça do Centenário, 103 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: licitacao@paraisopolis.mg.gov.br

Alterações:

Onde se lê: Faixa dinâmica (Dynamic Range) \geq 250 dB;

→ **Alterar para:** Faixa dinâmica (Dynamic Range) \geq 210 dB;

→ **Justificativa:** A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, 210 dB garantem um padrão excelente de imagem, com 256 tons na escala de cinza.

Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoramento de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais "pura", sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares. Nossos equipamentos Canon Medical possuem uma das melhores imagens do mercado pela presença do Software Speckle Reduction (redução de ruído/artefato) que diminui o nível de ruído e permite visualizar com clareza e definir pequenas estruturas. Perante isto, afirmamos que a alteração acima não trará nenhum prejuízo ao Órgão.

Onde se lê: Saídas de vídeo composto, super- vídeo, DVI-D, ethernet ou RS232C.

→ **Alterar para:** Saídas de vídeo composto, super- vídeo e/ou DVI-D, ethernet ou RS232C.

→ **Justificativa:** A alteração permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

Também solicitamos:

Inclusão: Cabo de ECG de 3 vias.

Justificativa: A inclusão acima se faz necessária, pois para o funcionamento do Eco Stress é imprescindível que este item seja incluído. Portanto, a inclusão do software de eco stress sem este item irá apenas agregar custo ao equipamento, causando prejuízo aos cofres públicos.

PRAZO DE ENTREGA:

Onde se lê: Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

→ **Será aceito:** Prazo de entrega até 90 (noventa) dias?

→ **Justificativa:** O prazo é necessário por se tratar de itens específicos com linha de produção por demanda e questões burocráticas.

Face aos argumentos apresentados pela impugnante, faz-se as seguintes considerações:

Considerando que as questões trazidas pela impugnante são relacionadas a entrega do objeto, para aclarar o questionamento, a impugnação foi encaminhada ao setor requisitante para análise e emissão de parecer, tendo apresentado a seguinte manifestação a Sr.^a Josy Maria Cabral Ribeiro – Gestora SUS Municipal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS – MG

Praça do Centenário, 103 – Centro – Paraisópolis/MG – CEP 37.660-000

Tel.: 35 3651 1500 – E-mail: licitacao@paraisopolis.mg.gov.br

2) Da empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**

R1) Alteração da faixa Dynamic Range ≥ 250 dB para faixa Dynamic Range ≥ 210 dB.

A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que são utilizados para gerar uma imagem. Deste modo, é sabido que para uma melhor qualidade de imagem é necessária uma faixa dinâmica elevada.

R2) Alteração da saída de vídeo composto, super – vídeo, DVI-D, ethernet ou RS232C para saída de vídeo composto, super – vídeo e/ou DVI-D, ethernet ou RS232C.

Não a necessidade de alteração conforme requerido, uma vez, que a no mercado diversas marcas que atendem a referida configuração não havendo restrição de competitividade.

R3) Inclusão do cabo de ecg 3 vias.

O edital não solicita modulo ECG, uma vez que não solicitado não há necessidade de inclusão.

R) Alteração do Prazo de Entrega.

Fica alterado o prazo de entrega do equipamento para 90 (noventa) dias corridos a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento;

A retificação do instrumento convocatório será realizada na mesma forma de sua divulgação inicial, bem como será reaberto o prazo originalmente concedido, nos termos do art. 55, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

Paraisópolis, 25 de agosto de 2023.

Agnaldo Costa Manso
Pregoeiro