



SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo Licitatório nº 071/2021

Pregão Presencial R.P nº 023/2021

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de câmaras de conservação de vacinas para enfrentamento da pandemia de COVID-19, durante 12 (doze) meses.

Considerando o **novο** posicionamento apresentado pelo setor competente que detém conhecimento técnico do objeto que está sendo licitado, o adoto como fundamento para justificar que a descrição da Câmara de Conservação de Vacinas do referido edital, fica alterado, bem como, a forma de assistência técnica e prazo de entrega do produto conforme abaixo descrito, e as demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Equipamento	Descrição	Quantidade
Câmara de conservação de vacinas	<p>Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 400 L.</p> <p>Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável.</p> <p>Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de antiembaçante. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados.</p> <p>Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta.</p> <p>Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 6° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta aberta.</p> <p>Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por <i>pen drive</i>.</p> <p>Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara.</p> <p>Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de</p>	03



	<p>energia elétrica, por até 48 horas. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias.</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantia mínima de 01 ano	
--	---	--

Da assistência técnica: as manutenções preditivas e preventivas do fornecedor devem ser realizadas no município de Paraisópolis/MG, local onde se encontram os equipamentos ou remotamente quando se tratar de monitoramento apenas. A manutenção corretiva deve ser realizada pela rede de assistência técnica do próprio fornecedor ou por assistência devidamente autorizada pelo fornecedor realizando o atendimento em até 24 horas após abertura do chamado.

Do prazo de entrega, a Diretora de Saúde entende que, tendo em vista as questões logísticas de todos os licitantes, o prazo seja estendido por **30 (trinta)** dias corridos, podendo o prazo ser ampliado por mais **15 (quinze)** dias corridos com anuência prévia da Diretoria de Saúde.

Informo ainda que a nova data de abertura da sessão Pública será no dia 14 de maio de 2021, às 08h30min na Sala de Licitações da Prefeitura de Paraisópolis/MG, situada à Praça do Centenário, nº 103, Centro, Paraisópolis – MG quando serão recebidos os envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes.

Paraisópolis/MG, 22 de abril de 2021.

Ricardo José dos Santos
Pregoeiro