



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

33

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 299/2018
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2018

1º TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

O Município de Paraisópolis - MG, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria n.º 428, de 04 de junho de 2018, Sr. Leandro Endrigo Alves Carvalho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as alterações do edital em epígrafe, comunica aos interessados o adiamento da data de abertura da licitação, bem como as alterações do referido Edital, nos termos abaixo:

I – Data de abertura: para o dia **24/08/2018 às 08:30** horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraisópolis, sita à Praça do Centenário, 103, centro, Paraisópolis – MG.

II – O anexo abaixo passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO (especificações mínimas)
01	Unid.	01	APARELHO DE RAIOS X Fixo Analógico com Painel de Comando Estativa Porta Turbo Colimador. GERADOR: Potencia de 40 KW ou superior / Tensão de 40 a 150 KV ou Superior/ Corrente: Máximo 500 mA ou Superior. Alimentação (mínima) trifásica 380 V, 60 Hz Mesa: tipo fixa com tampo flutuante/ capacidade de suportar pacientes de no mínimo 160 Kg Mesa Buck com tampo flutuante, largura mínima de 80 cm e comprimento mínimo de 215 cm, deslocamento transversal mínimo de mais ou menos 12 cm para esquerda e para a direita, deslocamento longitudinal mínimo de mais ou menos 55 cm. Tampo com acabamento em fórmica e bordas em metal escovado ou outro material com qualidade superior. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos da mesa acionados por pedal. Deslocamento do Buck de no mínimo 30 cm Buck Mural (deslocamento vertical) deslocamento de mínimo de 120 cm. Tubo (foco fino/grosso): FF: 0,66 ou menor/FG:1,2 ou Menor
02	Unid.	01	PROCESSADORA RAIOS-X AUTOMÁTICA Altura: mínimo 52 cm Largura: mínimo 54 cm Comprimento: mínimo 66 cm Peso mínimo: 73 Kg Capacidade de revelação de no mínimo 100 filmes por hora. Tamanho dos filmes: de 10x10cm até 35x43cm. Voltagem: 220v Transporte de filme através de roletes. Capacidade mínima: 8,0 litros dos tanques



			Sistema de engrenagem para acionamento uniforme e contínuo dos roletes Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes da posição STAND-by; Regenerações automáticas e ajustáveis dos químicos Controle de entrada de filmes sonoro e visual; Bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte; Funcionamento de todas as funções por meio de introdução do filme no alimentador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor ou resistência interna no tanque, controlado através de termostato eletrônico com leitura digital Touch Sistema de projetos contra super-aquecimento do revelador; Sistema de exaustão
--	--	--	--

1 - Apresentar junto à proposta certificado de registro dos equipamentos junto a ANVISA;

2 - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a contar da data de emissão da Nota Fiscal;

3 – Entrega (frete) e instalação dos equipamentos por conta do licitante vencedor.

III – As demais cláusulas e condições do referido Edital permanecem inalteradas.

Paraisópolis/MG, 13 de agosto de 2018.

Leandro Endrigo Alves Carvalho
Pregoeiro



AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 299/2018 PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2018

O Município de Paraisópolis torna público para conhecimento dos interessados, que EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO EDITAL, REPUBLICA o **Processo Licitatório nº 299/2018 Pregão Presencial – Registro de Preços nº 050/2018**, cujo Edital se encontra à disposição dos interessados no site www.paraisopolis.mg.gov.br, no Link Licitações (Editais em Aberto). **Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Aparelho de Raio X fixo analógico e de Processadora Raio X automática para atender o Departamento Municipal de Saúde.** Recebimento, abertura das propostas e início da Sessão de Disputas: **Dia 24/08/2018 às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura** sita à Praça do Centenário, nº 103, centro, Paraisópolis/MG. Informações: (35) 3651-2043. Paraisópolis, 13 de agosto de 2018. Leandro Endrigo Alves Carvalho – Pregoeiro. Alex Ferreira – Diretor do Departamento Municipal de Saúde.

Leandro Endrigo Alves Carvalho
Pregoeiro

Certifico que este aviso foi publicado em conformidade com a Lei 2.066, de 13/04/2007.

Em 13/08/2018.

Ricardo José dos Santos
Serviço de Licitações