



# MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

36

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 299/2018 PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2018

### 2º TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

O Município de Paraisópolis - MG, através de seu Pregoeiro designado pela Portaria n.º 428, de 04 de junho de 2018, Sr. Leandro Endrigo Alves Carvalho, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as alterações do edital em epígrafe, comunica aos interessados o adiamento da data de abertura da licitação, bem como as alterações do referido Edital, nos termos abaixo:

I – Data de abertura: para o dia **28/08/2018 às 08:30** horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paraisópolis, sita à Praça do Centenário, 103, centro, Paraisópolis – MG.

II – O anexo abaixo passa a vigorar com a seguinte redação:

### ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO (especificações mínimas )
01	Unid.	01	<p><b>APARELHO DE RAIOS X FIXO ANALÓGICO COM PAINEL DE COMANDO</b></p> <p>ESTATIVA PORTA TURBO: Sistema móvel em trilhos com dois eixos de fixação Movimentos na horizontal de no mínimo 150 cm, distância SID máxima da mesa ao ponto focal de no mínimo 120 cm e telescópico de no mínimo 15 cm Movimento vertical de no mínimo 120 cm Rotação da coluna vertical de +/- 180° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna Angulação do tubo de Raios X de - 120, 0, +120 graus Indicação luminosa da centralização do tubo com o Buck Angulador gravitacional com indicação (-180 a +180 graus)</p> <p>COLIMADOR: Lâminas planas para cortes em profundidade com circuito temporizador para lâmpada de localização Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada ajustável Acionamento de lâmpada com temporizador eletrônico e desligamento automático Filtração inerente de no mínimo 1mm Al Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos</p> <p>GERADOR: Potência de 40 KW ou superior / Tensão de 40 a 150 KV ou Superior/ Corrente: Máximo 500 mA ou Superior. Alimentação (mínima) trifásica 380 V, 60 Hz</p> <p>MESA: tipo fixa com tampo flutuante/ capacidade de suportar pacientes de no mínimo 160 Kg</p> <p>MESA BUCK:</p>



# MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

37

			<p>com tampo flutuante, largura mínima de 80 cm e comprimento mínimo de 215 cm, deslocamento transversal mínimo de mais ou menos 12 cm para esquerda e para a direita, deslocamento longitudinal mínimo de mais ou menos 55 cm. Tampo com acabamento em fórmica e bordas em metal escovado ou outro material com qualidade superior. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos da mesa acionados por pedal. Deslocamento do Buck de no mínimo 30 cm</p> <p>BUCK MURAL: deslocamento vertical de no mínimo de 115 cm.</p> <p>TUBO foco fino/grosso: FF: 0,60 ou menor/ FG:1,2 ou Menor Potencias focais mínimas de 35 kW e 85 kW Filtração total do feixe útil de radiação de 1,5 mm Al</p>
02	Unid.	01	<p><b>PROCESSADORA RAIOS-X AUTOMÁTICA</b></p> <p>Altura: mínimo 52 cm    Largura: mínimo 54 cm    Comprimento: mínimo 66 cm Peso mínimo: 73 Kg Capacidade de revelação de no mínimo 100 filmes por hora. Tamanho dos filmes: de 10x10cm até 35x43cm. Voltagem: 220v Transporte de filme através de roletes. Capacidade mínima: 8,0 litros dos tanques Sistema de engrenagem para acionamento uniforme e contínuo dos roletes Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes da posição STAND-by; Regenerações automáticas e ajustáveis dos químicos Controle de entrada de filmes sonoro e visual; Bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte; Funcionamento de todas as funções por meio de introdução do filme no alimentador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor ou resistência interna no tanque, controlado através de termostato eletrônico com leitura digital Touch Sistema de projetos contra super-aquecimento do revelador; Sistema de exaustão</p>

**1 - Apresentar junto à proposta certificado de registro dos equipamentos junto a ANVISA;**

**2 - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação a contar da data de emissão da Nota Fiscal;**

**3 – Entrega (frete) e instalação dos equipamentos por conta do licitante vencedor.**

III – As demais cláusulas e condições do referido Edital permanecem inalteradas.

Paraisópolis/MG, 15 de agosto de 2018.

Leandro Endrigo Alves Carvalho  
Pregoeiro



## AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 299/2018 PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº: 050/2018

O Município de Paraisópolis torna público para conhecimento dos interessados, que EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO EDITAL, REPUBLICA o **Processo Licitatório nº 299/2018 Pregão Presencial – Registro de Preços nº 050/2018**, cujo Edital se encontra à disposição dos interessados no site [www.paraisopolis.mg.gov.br](http://www.paraisopolis.mg.gov.br), no Link Licitações (Editais em Aberto). **Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Aparelho de Raio X fixo analógico e de Processadora Raio X automática para atender o Departamento Municipal de Saúde.** Recebimento, abertura das propostas e início da Sessão de Disputas: **Dia 28/08/2018 às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura** sita à Praça do Centenário, nº 103, centro, Paraisópolis/MG. Informações: (35) 3651-2043. Paraisópolis, 15 de agosto de 2018. Leandro Endrigo Alves Carvalho – Pregoeiro. Alex Ferreira – Diretor do Departamento Municipal de Saúde.

**Leandro Endrigo Alves Carvalho**  
**Pregoeiro**

*Certifico que este aviso foi publicado  
em conformidade com a Lei 2.066, de  
13/04/2007.*

*Em 16/08/2018.*

*Ricardo José dos Santos  
Serviço de Licitações*